

TILSKIPUN RÁÐSINS

frá 26. júlí 1971

um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 5 – 50 kg réttthyrningslaga lóð í millínákvæmnisflokki og 1 – 10 kg sívöl lóð í millínákvæmnisflokki

(71/317/EBE)

RÁÐ EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu, einkum 100. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af álitum Evrópuþingsins ⁽¹⁾,með hliðsjón af álitum efnahags- og félagsmálanefndarinnar ⁽²⁾,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í aðildarríkjunum er smíði og aðferðir við eftirlit með réttthyrningslaga og sívölum lóðum í millínákvæmnisflokki háð lögboðnum ákvæðum sem eru mismunandi frá einu aðildarríki til annars og hindra þar af leiðandi viðskipti með slík lóð. Nauðsynlegt er því að samræma þessi ákvæði.

Í tilskipun ráðsins frá 26. júlí 1971 ⁽³⁾, um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi sameiginleg ákvæði um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit, var kveðið á um aðferðir við EBE-mynsturviðurkenningu og EBE-frumsannprófun. Í samræmi við þá tilskipun ber að setja reglur um tæknilegar kröfur um hönnun á réttthyrningslaga og sívölum lóðum í millínákvæmnisflokki.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipunin gildir um lóð í millínákvæmnisflokki af eftirfarandi nafnþyngd:

— 5, 10, 20 og 50 kg þung réttthyrningslaga lóð;
— 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 g og 1, 2, 5 og 10 kg þung sívöl lóð.

2. gr.

Lóð sem mega hafa EBE-merki og tákni eru sýnd og þeim lýst í I. – IV. viðauka. Þau þurfa ekki að fá EBE-mynsturviðurkenningu heldur eingöngu EBE-frumsannprófun.

3. gr.

Aðildarríkjum er óheimilt að neita, banna eða takmarka að réttthyrningslaga eða sívöl lóð af millínákvæmnisflokki séu sett á markað eða tekin í notkun ef á lóðunum er EBE-frumsannprófunarmerki.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykka nauðsynleg lög og stjórnisýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari innan átján mánaða frá birtingu hennar og tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

2. Aðildarríkin skulu tryggja að framkvæmdastjórninni berist helstu ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem tilskipun þessi nær til.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 26. júlí 1971.

Fyrir hönd ráðsins,

A. MORO

forseti.

⁽¹⁾ Stjtið. EB nr. 63, 3. 4. 1967, bls. 982/67.

⁽²⁾ Stjtið. EB nr. 30, 22. 2. 1967, bls. 480/67.

⁽³⁾ Stjtið. EB nr. L 202, 6. 9. 1971, bls. 1.

I. VIÐAUKI

RÉTTHYRNINGSLAGA LÓÐ**1. Lögum, smíðaeefni og framleiðsluaðferð**

- 1.1. Lóðin skulu vera réttthyrningslaga og með föstu handfangi sem stendur ekki út úr.
- 1.2. Efni sem nota á:
 - 1.2.1. Lóðið sjálft: grátt steypujárn.
 - 1.2.2. Gerð 1: handfang úr saumlausu stálröri með stöðluðu þvermáli.
Gerð 2: handfang úr steypujárni sem er áfast lóðinu.

2. Stíllihólf*Gerð 1*

- 2.1. Hólfíð er inni í rörlaga handfanginu.
- 2.2. Hólfíð er lokað af með skrúfu úr dregnu látúni eða látúnsskrúfu sem er eins og slétt skífa. Á skrúfunni er rauf fyrir skrúfjárn en fyrir miðju á sléttu skífunni er hola þar sem ná má taki á skífunni til að draga hana út.
- 2.3. Skrúfan er innsiglið með blýloki sem gengur inn í hringlaga gróp eða inn í skrúfgang á handfanginu.

Gerð 2

- 2.4. Hólfíð er í öðrum stöpli lóðsins og er opnanlegt ofan á honum.
- 2.5. Hólfinu er lokað með lítilli plötu úr mjúku stáli.
- 2.6. Stálplatan er innsiglið með blýkúlu sem gengur inn í rauf eins og sýnt er í II. viðauka.

3. Stilling

- 3.1. Þegar nýtt lóð hefur verið stillt með blýhagli skulu tveir þriðju hlutar stíllihólfs vera tómir.

4. Staðsetning á merki um EBE-frumsannpröfun

- 4.1. Merki um endanlega EBE-sannpröfun er þrykkt á blýinnsiglið við stíllihólfíð.

5. Merkingar og sérstök tákni

- 5.1. Tölur sem sýna nafnþyngd, svo og auðkenni framleiðanda skulu vera ofan á miðhluta lóðsins, grafin í það eða upphleypt.
- 5.2. Nafnþyngd lóðsins skal tilgreind á eftirfarandi hátt:
5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6. Mál og frávik

- 6.1. Mælt er fyrir um málin sem farið skal eftir fyrir lóð af mismunandi þyngd í II. viðauka (málin eru gefin í millímetrum).
- 6.2. Viðtekin framleiðslufrávik eru frávik sem gilda fyrir ólíkar stærðir.

7. Heimiluð hámarksfrávik

Nafnþyngd	Heimiluð hámarksfrávik við frumsannprófun í millígrömmum
5 kg	+ 800 - 0
10 kg	+ 1600 - 0
20 kg	+ 3200 - 0
50 kg	+ 8000 - 0

8. Áferð

- 8.1. Ef nauðsyn krefur skulu lóð varin gegn ryði með því að þekja þau með efni sem ver þau gegn skemmdum vegna slits og högga.

II. VIÐAUKI

RÉTTHYRNINGSLAGA LÓÐ

*III. VIÐAUKI***SÍVÖL LÓÐ****1. Lögum, smíðaeefni og framleiðsluaðferð**

- 1.1. Sívalningur með flötu, hnappлага handfangi.
- 1.2. Efni sem nota á: sérhvert efni með eðlismassa 7 til 9,5 g/cm³, með hörku sem er jafn mikil og í steypulátúni hið minnsta, ekki ryðgjarnara eða hættara við að molna en grátt steypujárn og með yfirborðsflöt sem er sambærilegur við steypujárn sem er vandlega steyppt í móti úr fínum sandi.
Ekki skal nota grátt steypujárn í lóð sem hefur minni nafnþyngd en 100 g.
- 1.3. Framleiðsluaðferð skal miðast við það efni sem lóðið er úr.

2. Stillihólf

- 2.1. Hólfið skal vera sívalt og stærra að ummáli í efsta hluta þess.
- 2.2. Hólfið skal lokað af með skrífu úr dregnu látúni eða látúnsskrífu sem er eins og slétt skífa. Á skrífunni er rauf fyrir skrífjárn en fyrir miðju á sléttu skrífunni er hola þar sem ná má taki á skrífunni til að draga hana út.
- 2.3. Skrífan skal innsiglið með blýloki sem gengur inn í hringлага gróp sem holuð hefur verið í víðari hluta hólfisins.
- 2.4. Ekki er þörf á stillihólfi í 1, 2, 5 og 10 g þungum lóðum.
- 2.5. Frjálst er hvort stillihólf er í 20 og 50 g þungum lóðum.

3. Stilling

- 3.1. Þegar nýtt lóð hefur verið stillt með blýhagli skulu tveir þriðju hlutar stillihólfs vera tómir.

4. Staðsetning á merki um EBE-frumsannpröfun

- 4.1. Merki um endanlega EBE-sannpröfun skal þrykkt á blýinnsiglið við stillihólfið.
- 4.2. Hafi lóðið ekki stillihólf skal merkinu þrykkt neðan á það.

5. Merkingar og sérstök tákni

- 5.1. Tölur sem sýna nafnþyngd, svo og auðkenni framleiðanda skulu vera ofan á handfangi lóðsins, grafin í það eða upphleypt.
- 5.2. Nafnþyngd lóðsins má þó tilgreina á sjálfu lóðinu ef það er 500 g til 10 kg.
- 5.3. Nafnþyngdin skal koma fram á eftirfarandi hátt:
1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

6. Mál og frávik

- 6.1. Mælt er fyrir um málin sem farið skal eftir fyrir lóð af mismunandi þyngd í IV. viðauka (málin eru gefin í millímetrum).
- 6.2. Viðtekin framleiðslufrávik eru frávik sem gilda fyrir ólfrakar stærðir.

7. Heimiluð hámarksfrávik

Nafnþyngd	Heimiluð hámarksfrávik í milligrömmum við frumsannprófun
1 g	+ 5 - 0
2 g	+ 5 - 0
5 g	+ 10 - 0
10 g	+ 20 - 0
20 g	+ 20 - 0
50 g	+ 30 - 0
100 g	+ 30 - 0
200 g	+ 50 - 0
500 g	+ 100 - 0
1 kg	+ 200 - 0
2 kg	+ 400 - 0
5 kg	+ 800 - 0
10 kg	+ 1600 - 0

8. Áferð

- 8.1. Ef nauðsyn krefur skulu lóð varin gegn ryði með því að þekja þau með efni sem ver þau gegn skemmdum vegna slits og högga; þau má fægja.

IV. VIÐAUKI

SÍVÖL LÓÐ